

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 2024/332
“MOBILIARIO HOSPITALARIO”
“CON CONCURRENCIA DE COMITE”



**Administración
e Innovación**

Adquisiciones
Administración e Innovación

APERTURA. En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 11:18 once horas con dieciocho minutos del día 20 de mayo del 2024 dos mil veinticuatro, en las oficinas que ocupa la Dirección de Adquisiciones, en la finca marcada con el número 63 de la calle Nicolás Regules, esquina Mexicaltzingo, planta alta, Zona Centro de esta ciudad de Guadalajara, Jalisco, en cumplimiento a lo que establecen las bases de la Licitación **LPL 2024/332**, denominada **“MOBILIARIO HOSPITALARIO”** se hace constar la presencia de las siguientes personas:

ASISTENTES. **Daniel Alejandro Orozco Camarillo**, en representación de la Contraloría Ciudadana; **Alejandra González De los Santos**, en representación del Área Centralizada de Compras y en representación del **José Eduardo Torres Quintanar** Director de Adquisiciones y Secretario Técnico del Comité de Adquisiciones; **Juan Manuel de la Torre Hernández** Dirección de Servicios Médicos Municipales, como dependencia solicitante

También se hace constar la presencia de los siguientes participantes interesados:

| Nombre o razón social | Asistente |
|---|--------------------------|
| Medeq Medical Equipment And Supplies S.A. de C.V. | Hector Gibran Diaz Muñoz |

DESARROLLO. Acto seguido, de conformidad al Capítulo V de las Bases que rigen el procedimiento de adquisición que nos ocupa, al artículo 48 del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataciones para el Municipio de Guadalajara; y al artículo 63 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, a efecto de que en el presente **ACTO** sean aclarados algunos puntos que han surgido con relación al procedimiento de adquisición que nos ocupa, y que estos formarán parte del mismo, por lo que se ponen de manifiesto los mismos de la siguiente manera:

----- **PREGUNTAS Y RESPUESTAS** -----

ANEXO 12 – “Formato de Pregunta para Junta Aclaratoria ”

| | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Nombre del participante: | ACTIVA MEDICA GLEZ. S.A. DE C.V. |
| 2. Nombre del representante legal (en caso): | MARIA GUADALUPE VILLALOBOS HERNANDEZ. |
| 3. Número de Licitación Pública: | LPL 2024/332 "MOBIARIO HOSPITALARIO" |

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARO QUE ES MI INTERÉS PARTICIPAR DEL PROCESO DELICITACIÓN PÚBLICA EXPRESADO EN EL PUNTO 3. DEL PRESENTE ANEXO.

ACTA DE REUNIÓN DE Aclaraciones
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 2024/332
"MOBILIARIO HOSPITALARIO"
"CON CONCURRENCIA DE COMITE"



Administración e Innovación

Adquisiciones
 Administración e Innovación

| PREGUNTA | DONDE ENCONTRASTE TU DUDA | PUNTO ESPECIFICO | PREGUNTA | RESPUESTA |
|----------|---------------------------|--------------------|--|--|
| 1 | PAG. 18 | ANEXO 1. PARTIDA 1 | Solicitamos de la manera más atenta a la convocante nos permita ofertar un equipamiento médico nuevo no re manufacturado, no reconstruido que cuente con estándares de calidad internacional con garantía de 1 año, otorgando sistemas de seguridad para el paciente y el usuario. | RESPUESTAS. SE ACEPTA SU PROPUESTA SIEMPRE Y CUANDO LOS ESTANDARES DE CALIDAD INTERNACIONALES NO OMITAN LOS ESTABLECIDOS EN LOS ESTANDARES DE CALIDAD NACIONALES Y ADEMAS NO SEA CONDICIONANTE PARA LOS PARTICIPANTES. |
| 2 | PAG. 18 | ANEXO 1. PARTIDA 1 | Solicitamos de la manera más atenta a la convocante nos permita ofertar una mesa que soporte 452kg, ampliando su capacidad con más pacientes y accesorios. | RESPUESTA. SE ACEPTA SU PROPUESTA SIEMPRE Y CUANDO NO SEA CONDICIONANTE PARA LOS PARTICIPANTES. |
| 3 | PAG. 18 | ANEXO 1. PARTIDA 1 | Solicitamos de la manera más atenta a la convocante nos permita ofertar una mesa que cuente con una extensión pélvica, dando mayor longitud a la misma y así tener la posibilidad de ser compatible con equipos de imagen | RESPUESTA. SE ACEPTA SU PROPUESTA SIEMPRE Y CUANDO NO SEA CONDICIONANTE PARA LOS PARTICIPANTES. |
| 4 | PAG. 18 | ANEXO 1. PARTIDA 1 | Solicitamos de la manera más atenta a la convocante nos permita ofertar una mesa que cuente con un sistema de frenos con auto nivelación lo que permite la mesa quede completamente fija y estable para cualquier tipo de procedimiento quirúrgico | RESPUESTAS. SE ACEPTA SU PROPUESTA SIEMPRE Y CUANDO NO SEA CONDICIONANTE PARA LOS PARTICIPANTES. |
| 5 | PAG. 18 | ANEXO 1. PARTIDA 1 | Solicitamos de la manera más atenta a la convocante nos permita ofertar una mesa que cuente con indicador de batería para que el personal tenga visibilidad de la misma | RESPUESTA. SE ACEPTA SU PROPUESTA SIEMPRE Y CUANDO NO SEA CONDICIONANTE PARA LOS PARTICIPANTES. |

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 2024/332
"MOBILIARIO HOSPITALARIO"
"CON CONCURRENCIA DE COMITE"**



**Administración
e Innovación**

Respuesta y Adquisiciones
Administración e Innovación

| | | | | |
|----|-----------|--------------------|--|---|
| 6 | PAGINA 20 | ANEXO 1. PARTIDA 2 | Solicitamos de la manera más atenta a la convocante nos permita ofertar un equipamiento médico nuevo no re manufacturado, no reconstruido que cuente con estándares de calidad internacional con garantía de 1 año, otorgando sistemas de seguridad para el paciente y el usuario. | RESPUESTA. SE ACEPTA SU PROPUESTA SIEMPRE Y CUANDO LOS ESTANDARES DE CALIDAD INTERNACIONALES NO OMITAN LOS ESTABLECIDOS EN LOS ESTANDARES DE CALIDAD NACIONALES Y ADEMAS NO SEA CONDICIONANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES. |
| 7 | PAGINA 20 | ANEXO 1. PARTIDA 2 | Solicitamos de la manera más atenta a la convocante nos permita ofertar una camilla que soporte 317,5 kg, ampliando su capacidad con más pacientes y accesorios | RESPUESTAS. SE ACEPTA SU PROPUESTA SIEMPRE Y CUANDO NO SEA CONDICIONANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES. |
| 8 | PAGINA 20 | ANEXO 1. PARTIDA 2 | Solicitamos de la manera más atenta a la convocante nos permita ofertar una camilla que cuente con quinta rueda para facilitar el transporte | RESPUESTA. SE ACEPTA SU PROPUESTA SIEMPRE Y CUANDO NO SEA CONDICIONANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES. |
| 9 | PAGINA 20 | ANEXO 1. PARTIDA 3 | Solicitamos de la manera más atenta a la convocante nos permita ofertar un equipamiento médico nuevo no re manufacturado, no reconstruido que cuente con estándares de calidad internacional con garantía de 1 año, otorgando sistemas de seguridad para el paciente y el usuario. | RESPUESTA. SE ACEPTA SU PROPUESTA SIEMPRE Y CUANDO LOS ESTANDARES DE CALIDAD INTERNACIONALES NO OMITAN LOS ESTABLECIDOS EN LOS ESTANDARES DE CALIDAD NACIONALES Y ADEMAS NO SEA CONDICIONANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES. |
| 10 | PAGINA 20 | ANEXO 1. PARTIDA 3 | Solicitamos de la manera más atenta a la convocante nos permita ofertar una cama que cuente con una capacidad de carga de 220kg , ampliando su capacidad con más pacientes y accesorios | RESPUESTA. SE ACEPTA SU PROPUESTA SIEMPRE Y CUANDO NO SEA CONDICIONANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES. |

ACTA DE JUNTA DE Aclaraciones
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 2024/332
"MOBILIARIO HOSPITALARIO"
"CON CONCURRENCIA DE COMITE"



Administración e Innovación

| Administración e Innovación | | | Respuestas Adquisiciones Administración e Innovación | |
|-----------------------------|-----------|--------------------|--|---|
| 11 | PAGINA 20 | ANEXO 1. PARTIDA 3 | Solicitamos de la manera más atenta a la convocante nos permita ofertar una cama que cuente con movimientos eléctricos, haciendo más eficiente el flujo de trabajo y resguardando la seguridad del usuario | SE ACEPTA SU PROPUESTA SIEMPRE Y CUANDO NO SEA CONDICIONANTE PARA LOS PARTICIPANTES. |
| 12 | PAGINA 20 | ANEXO 1. PARTIDA 3 | Se solicita amablemente al convocante nos permita ofertar una cama que cuente con certificados de calidad. | SE ACEPTA SU PROPUESTA SIEMPRE Y CUANDO NO SEA CONDICIONANTE PARA LOS PARTICIPANTES. |
| 13. | PAGINA 18 | ANEXO 1. | Solicitamos de la manera más atenta a la convocante nos proporcione fichas técnicas del mobiliario hospitalario solicitado en la presente licitación. | EL RELACION A SU PREGUNTA SE LE INFORMA A USTED QUE LA DESCRIPCION DETALLADA DE CADA ARTICULO SE ENCUENTRA EN EL ANEXO 1 DE LA PRESENTE LICITACION. |

ANEXO 12 -- "Formato de Pregunta para Junta Aclaratoria"

| | |
|--|--|
| 1. Nombre del participante: | Soluciones Biomédicas AMMED S.A. DE C.V. |
| 2. Nombre del representante legal (en caso): | Jorge Alberto Pulido Zavala |
| 3. Número de Licitación Pública: | LPL 2024/332 |

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARO QUE ES MI INTERÉS PARTICIPAR DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA EXPRESADO EN EL PUNTO 3. DEL PRESENTE ANEXO.

| Pregunta 1 | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|
| Página donde encontraste tu duda: | Punto específico de tu duda: | Pregunta: | Respuesta: |
| Página 19 | Punto 2 Que soporte un peso de 160 Kg como mínimo. | Solicitamos amablemente a la convocante que la mesa de operaciones soporte un peso de 230kg como mínimo, con lo que se cubriría ampliamente cualquier tipo de paciente en un área hospitalaria. ¿Se acepta? | RESPUESTAS. SE ACEPTA SU PROPUESTA SIEMPRE Y CUANDO NO SEA CONDICIONANTE PARA LOS PARTICIPANTES. |
| Pregunta 2 | | | |
| Página 20 | Punto 8 | De acuerdo a la literatura de los | RESPUESTA. |

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 2024/332
"MOBILIARIO HOSPITALARIO"
"CON CONCURRENCIA DE COMITE"**



**Administración
e Innovación**

Adquisiciones
Administración e Innovación

| | | | |
|-------------------|--|--|--|
| | Colchón de poliuretano de 6 cm de espesor como mínimo, de alta densidad, antiestático, recubrimiento de material lavable, repelente a líquidos, retardante al fuego. De la misma marca de la camilla y dimensiones acorde al modelo. | manuales, debemos de entender que, si el colchón se encuentra en el manual de usuario de la camilla a ofertar, se entendería que es de la misma marca de la camilla, ¿Es correcta nuestra apreciación? | EN RELACION A SU PREGUNTA SE LE INDICA A USTED QUE ES CORRECTA SU APRECIACION. |
| Pregunta 3 | | | |
| Página 20 | Punto 15 Cinturones de sujeción para el paciente, al menos 2. | Solicitamos a la convocante nos indique si estos puntos son opcionales o deben de ser incluidos en el equipo. | RESPUESTA. EN RELACION A SU PREGUNTA SE LE INDICA QUE LOS CINTURONES DE SUJECION DEBEN SER INCLUIDOS EN LA CAMILLA DE TRASLADO DE PACIENTES POR LO CUAL NO PUEDEN SER OPCIONALES. |
| Pregunta 4 | | | |
| Página 20 | Punto 3 Que soporte un peso de 180 Kg como mínimo | Solicitamos amablemente a la convocante que, debido a las condiciones básicas de una cama mecánica para hospitalización, ésta deba de tener una capacidad mínima de 250kg como mínimo, con lo que permite al área usuaría no limitar su funcionalidad, ¿Se acepta? | RESPUESTAS. SE ACEPTA SU PROPUESTA SIEMPRE Y CUANDO NO SEA CONDICIONANTE PARA LOS PARTICIPANTES. DEMAS |
| Pregunta 5 | | | |
| Página 21 | Punto 7 Dimensiones de la superficie del paciente 195 cm. de largo x 85 cm. de ancho, como mínimo | Solicitamos amablemente a la convocante que nos permita un rango de +/-5%, toda vez que esto permite la libre participación de empresas en el presente procedimiento de licitación. | RESPUESTA. SE ACEPTA SU PROPUESTA SIEMPRE Y CUANDO LA SUPERFICIE NO SEA MENOR A LA ESTABLECIDA EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION Y ADEMAS NO SEA CONDICIONANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES. |
| Pregunta 6 | | | |
| Página 21 | Punto 4 Cuatro ruedas antiestáticas, giratorias, de calidad hospitalaria, de 12.5 cm. de | Solicitamos amablemente a la convocante permita ruedas con un diámetro de 10.5 como mínimo, esto considerando que | RESPUESTA. NO SE ACEPTA SU |

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 2024/332
"MOBILIARIO HOSPITALARIO"
"CON CONCURRENCIA DE COMITE"



Administración e Innovación

Adquisiciones

| | | | |
|-------------------|---|---|--|
| | diámetro como mínimo. | no afecta el funcionamiento del equipo ofertado. ¿Se acepta? | PROPUESTA DEBIENDOSE APEGAR A LAS ESPECIFICACIONES MINIMAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION. |
| Pregunta 7 | | | |
| Página 21 | Punto 8 Con cuatro cajones como mínimo. | Solicitamos amablemente a la convocante que el carro de paro tenga seis cajones como mínimo, así mismo que contenga divisores en todos los cajones, con lo que le permite al usuario una mayor organización en casos de emergencia, ¿Se acepta? | RESPUESTAS. SE ACEPTA SU PROPUESTA SIEMPRE Y CUANDO NO SEA CONDICIONANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES. |
| Pregunta 8 | | | |
| Página 22 | Punto 11 Tabla para masaje cardíaco, con longitud de 50 x 60 cm como mínimo de material ligero, resistente al impacto, inastillable y lavable, montada al carro. | Solicitamos amablemente a la convocante que la tabla de masaje cardíaco tenga una longitud de 42 x 55 como mínimo, esto considerando que no afecta el funcionamiento del equipo ofertado y permite la libre participación de empresas en el presente procedimiento de licitación. | RESPUESTA. NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBIENDOSE APEGAR A LAS ESPECIFICACIONES MINIMAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION. |

| | | |
|--|--|------------|
| Nombre del participante: MEDEQ MEDICAL EQUIPMENT AND SUPPLIES S.A. DE C.V. | | |
| 2.Nombre del representante legal (en caso): HECTOR GIBRAN DÍAZ MUÑOZ | | |
| 3.Número de Licitación Pública: LPL 2024/332 "Mobiliario Hospitalaria" Con Concurrencia del Comité | | |
| BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARO QUE ES MI INTERÉS PARTICIPAR DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA EXPRESADO EN EL PUNTO 3. DEL PRESENTE ANEXO. | | |
| Pregunta 1 | | |
| Página donde encontraste tu | Punto específico de tu duda: Titulo | Pregunta: |
| | | Respuesta: |

ACTA DE JUNTA DE AGLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 2024/332
"MOBILIARIO HOSPITALARIO"
"CON CONCURRENCIA DE COMITE"



Administración

| Innovación | | Adquisiciones | |
|-----------------------------------|--|--|--|
| duda: Página 20. | Cama Mecánica para Hospitalización. | Con las especificaciones de la ficha técnica publicada y revisando los puntos técnicos, entendemos que se debe ofertar un equipo que cuente con movimientos por medio de controles, tanto en los barandales para uso práctico del paciente, así como un control de enfermero, es correcta nuestra apreciación. | RESPOSTA: EN RELACION A SU PREGUNTA, SU APRECIACION ES CORRECTA. |
| Pregunta 2 | | | |
| Página donde encontraste tu duda: | Punto específico de tu duda: Punto 7 | Pregunta: | |
| Página 21. | Dimensiones de la superficie del paciente 195 cm. de largo x 85 cm. de ancho, como mínimo. | Para no limitar la libre participación y en efecto de que no podría afectar en el tratamiento del paciente, solicitamos a la convocante poder ofertar el equipo con tolerancia de +/- 5%, Se acepta? | RESPUESTA. SE ACEPTA SU PROPUESTA SIEMPRE Y CUANDO NO SEA MENOR A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION Y ADEMAS NO SE CONDICIONANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES. |
| Pregunta 3 | | | |
| Página donde encontraste tu duda: | Punto específico de tu duda: Punto 8 | Pregunta: | |
| Página 21. | Dimensiones de la cama +/- 5%: Longitud total 230 cm. Ancho total 110 cm. | Para no limitar la libre participación y en efecto de que no podría afectar en el tratamiento del paciente, solicitamos a la convocante poder ofertar el equipo con una tolerancia de +/- 11%, se acepta? | RESPUESTA. SE ACEPTA SU PROPUESTA SIEMPRE Y CUANDO NO SEA MENOR A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION Y ADEMAS NO SE CONDICIONANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES. |
| Pregunta 4 | | | |
| Página donde | Punto específico de tu | Pregunta: | |

**ACTA DE TURNO DE INTERROGACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 2024/332
"MOBILIARIO HOSPITALARIO"
"CON CONCURRENCIA DE COMITE"**



| Administración e Innovación | | | Adquisiciones Administración e Innovación |
|-------------------------------------|--|---|--|
| encontraste tu duda: Punto 1 | | | RESPUESTAS. |
| Página 20. | Que soporte un peso de 200 Kg como mínimo. | Solicitamos a la convocante nos permita ofertar un equipo que cuente con la capacidad de peso de 175 kg. Ya que tomando en cuenta los pacientes que se trasladan, no suelen llegar a ese peso. Se acepta? | NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBIENDOSE APEGAR A LO ESTABLECIDO A LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION. |
| Pregunta 5 | | | |
| Página donde encontraste tu duda: | Punto específico de tu duda: Punto 2 | Pregunta: | |
| Página 20. | Sección de espalda o fowler con sistema neumático que cubra el rango de 0 a 87o como mínimo. | Solicitamos a la convocante nos permite ofertar un equipo que cubra un rango de 80 como mínimo, ya que consideramos que no afectaría en su funcionamiento. Se acepta? | RESPUESTA. NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBIENDOSE APEGAR A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION. |
| Pregunta 6 | | | |
| Página donde encontraste tu duda: | Punto específico de tu duda: Punto 2 | Pregunta: | |
| Página 20. | Altura y descenso ajustable que cubra el rango de 66 cm. a 85 cm. (medido de la superficie de la camilla al piso, sin colchón), como mínimo. | Solicitamos a la convocante ofertar un equipo con un rango de +/-2, ya que consideramos que no afectaría en su funcionamiento. Se acepta? | RESPUESTA. SE RECHAZA LA PROPUESTA EN VIRTUD DE QUE NO ESPECIFICA LA UNIDAD DE MEDIDA (CENTIMETROS O PORCENTAJE). |
| Pregunta 7 | | | |
| Página donde encontraste tu duda: | Punto específico de tu duda: Punto 4. | Pregunta: | |
| Página 20. | Dimensiones de la | Solicitamos a la | RESPUESTAS. |

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 2024/332
"MOBILIARIO HOSPITALARIO"
"CON CONCURRENCIA DE COMITE"



Administración e Innovación

| | | | |
|-----------------------------------|---|--|--|
| | superficie del paciente 190 cm. de largo x 64 cm. de ancho, como mínimo. | convocante ofertar un equipo con un rango de +/-2, ya que consideramos que no afectaría en su funcionamiento. Se acepta? | Adquisiciones Administración e Innovación SE RECHAZA LA PROPUESTA EN VIRTUD DE QUE NO ESPECIFICA LA UNIDAD DE MEDIDA (CENTIMETROS O PORCENTAJE). |
| Pregunta 8 | | | |
| Página donde encontraste tu duda: | Punto específico de tu duda: Punto 5 | Pregunta: | |
| Página 20. | Dimensiones de la camilla (con barandales arriba) +/-5%: longitud total 215 cm. Ancho total 80cm. | Solicitamos a la convocante ofertar un equipo con un rango de +/-10, ya que consideramos que no afectaría en su funcionamiento. Se acepta? | RESPUESTA. SE RECHAZA LA PROPUESTA EN VIRTUD DE QUE NO ESPECIFICA LA UNIDAD DE MEDIDA (CENTIMETROS O PORCENTAJE). |
| Pregunta 9 | | | |
| Página donde encontraste tu duda: | Punto específico de tu duda: Punto 11 | Pregunta: | |
| Página 20. | Ruedas antiestáticas o conductivas de 20cm como mínimo. | Solicitamos a la convocante ofertar un equipo con un rango de +/-5, ya que consideramos que no afectaría en su funcionamiento. Se acepta? | RESPUESTA. SE RECHAZA LA PROPUESTA EN VIRTUD DE QUE NO ESPECIFICA LA UNIDAD DE MEDIDA (CENTIMETROS O PORCENTAJE). |

ANEXO 12 - "Formato de Pregunta para Junta Aclaratoria"

| | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Nombre del participante: | BIOMÉDICA TINAJERO S. DE R.L. DE C.V. |
| 2. Nombre del representante legal (en caso): | JOSÉ ALBERTO GARCÍA RODRÍGUEZ |

ACTA DE JUNTA DE Aclaraciones
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 2024/332
“MOBILIARIO HOSPITALARIO”
“CON CONCURRENCIA DE COMITE”



Administración

3. Número de Licitación Pública:

LPL 2024/332

es
 Administración e Innovación

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARO QUE ES MI INTERÉS PARTICIPAR DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA EXPRESADO EN EL PUNTO 3. DEL PRESENTE ANEXO.

| Pregunta 1 | | | |
|-----------------------------------|--|--|---|
| Página donde encontraste tu duda: | Punto específico de tu duda: | Pregunta: | Respuesta: |
| Pag. 19 | Referente a la partida 1. MESA DE OPERACIONES QUIRÚRGICA. Punto "1. Mesa quirúrgica mecánico-hidráulica" | Se le solicita a la convocante que se permita ofertar una mesa de cirugía eléctrica ya que, por necesidad de las técnicas médicas actuales, es más recomendable realizar los movimientos de manera automatizada en lugar de manualmente. | RESPUESTAS. SE ACEPTA SU PROPUESTA SIEMPRE Y CUANDO NO SEA CONDICIONANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES. |

| Pregunta 2 | | | |
|-----------------------------------|---|---|--|
| Página donde encontraste tu duda: | Punto específico de tu duda: | Pregunta: | Respuesta: |
| Pag. 20/40 | Referente a la partida 2. CAMILLA DE TRASLADO PARA PACIENTE. Punto 4 "Dimensiones de la superficie del paciente 190 cm. de largo x 64 cm. de ancho, como mínimo." | Se le solicita a la convocante que se acepten camillas con una superficie del paciente de 190 cm x 64 cm con una tolerancia de +/- 10cm, esto para no limitar la libre participación. | RESPUESTA. SE ACEPTA SU PROPUESTA SIEMPRE Y CUANDO LA SUPERFICIE NO SEA MENOR A LA ESTABLECIDA EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION Y ADEMÁS NO SEA CONDICIONANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES. |

| Pregunta 3 | | | |
|-----------------------------------|------------------------------|-----------|------------|
| Página donde encontraste tu duda: | Punto específico de tu duda: | Pregunta: | Respuesta: |
| | | | |

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 2024/332
"MOBILIARIO HOSPITALARIO"
"CON CONCURRENCIA DE COMITE"



Administración

| tu duda: | | | es |
|------------|---|--|--|
| Pag. 20/40 | Referente a la partida 2. CAMILLA DE TRASLADO PARA PACIENTE. Punto 5 "Dimensiones de la camilla (con barandales arriba) +/- 5%: longitud total 215 cm. Ancho total 80cm." | Se le solicita a la convocante que se acepten camillas con una superficie total de 215 cm x 80 cm con una tolerancia de +/- 10cm, esto para no limitar la libre participación. | RESPUESTA. Administración e Innovación SE ACEPTA SU PROPUESTA SIEMPRE Y CUANDO NO SEA MENOR A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION Y ADEMAS NO SE CONDICIONANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES. |

| Pregunta 4 | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|
| Página donde encontraste tu duda: | Punto específico de tu duda: | Pregunta: | |
| Pag. 20/40 | Referente a la partida 3. CAMA MECÁNICA PARA HOSPITALIZACIÓN. | Se le solicita a la convocante que se permita ofertar una cama eléctrica ya que, por necesidad de las técnicas médicas actuales, es más recomendable realizar los movimientos de manera automatizada en lugar de manualmente. | RESPUESTAS. SE ACEPTA SU PROPUESTA SIEMPRE Y CUANDO NO SEA CONDICIONANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES. |

| Pregunta 5 | | | |
|-----------------------------------|---|--|--|
| Página donde encontraste tu duda: | Punto específico de tu duda: | Pregunta: | |
| Pag. 21/40 | Referente a la partida 3. CAMA MECÁNICA PARA HOSPITALIZACIÓN. Punto 8 "Dimensiones de la cama +/- 5%: Longitud total 230 cm. Ancho total 110 cm." | Se le solicita a la convocante que se acepten camas con una superficie total de 230 cm x 110 cm con una tolerancia de +/- 12cm, esto para no limitar la libre participación. | RESPUESTA. SE ACEPTA SU PROPUESTA SIEMPRE Y CUANDO NO SEA MENOR A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION Y ADEMAS NO SE CONDICIONANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES. |
| Pregunta 6 | | | |
| Página | Punto específico de tu | Pregunta: | |

ACTA DE JUNTA DE Aclaraciones
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 2024/332
"MOBILIARIO HOSPITALARIO"
"CON CONCURRENCIA DE COMITE"



Administración

| donde encontraste tu duda: | duda: | | Respuesta: |
|----------------------------|---|---|--|
| Pag. 23/40 | Partida 9. MESA PASTEUR CON CAJÓN. Referente al punto 1 "Cubierta y entropaño de lámina de acero inoxidable T304 calibre 20, acabado pulido." | Se le solicita a la convocante que se acepte una estructura de acero inoxidable de cualquier densidad que se considere grado medico. Esto para no limitar la libre participación. | RESPUESTA. SE ACEPTA SU PROPUESTA SIEMPRE Y CUANDO NO SEA CONDICIONANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES. |

Pregunta 7

| Página donde encontraste tu duda: | Punto específico de tu duda: | Pregunta: | Respuestas: |
|-----------------------------------|--|--|---|
| Pag. 23/40 | Partida 9. MESA PASTEUR CON CAJÓN. Referente al punto 5, 6 y 7 "alto 90 cm, Frente 55 cm y Fondo 44 cm." | Se le solicita a la convocante que se acepte una tolerancia de +/- 10 cm en las dimensiones ya establecidas: 90 cm x 55 cm x 44 cm, esto para no limitar la libre participación. | RESPUESTAS. SE ACEPTA SU PROPUESTA SIEMPRE Y CUANDO NO SEA MENOR A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION Y ADEMAS NO SE CONDICIONANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES. |

Pregunta 8

| Página donde encontraste tu duda: | Punto específico de tu duda: | Pregunta: | Respuesta: |
|-----------------------------------|---|--|--|
| Pag. 23 | Partida 11. BANCO DE ALTURA DE DOS PELDAÑOS. Referente al punto 1 "Peldaño: altura de 35 cm y un área de 41 x 41" | Se le solicita a la convocante que se acepte una tolerancia de +/- 10 cm en las dimensiones ya establecidas: 41 cm x 41 cm x 35 cm, esto para no limitar la libre participación. | RESPUESTA. SE ACEPTA SU PROPUESTA SIEMPRE Y CUANDO NO SEA MENOR A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION Y ADEMAS NO SE CONDICIONANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES. |

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 2024/332
"MOBILIARIO HOSPITALARIO"
"CON CONCURRENCIA DE COMITE"**



**Administración
e Innovación**

Adquisiciones
Administración e Innovación

| Pregunta 9 | | | |
|-----------------------------------|---|---|--|
| Página donde encontraste tu duda: | Punto específico de tu duda: | Pregunta: | Respuesta: |
| Pag. 23/40 | Partida 11. BANCO DE ALTURA DE DOS PELDAÑOS. Referente al punto 2 "Cuatro patas con regatones de hule color negro." | Se le solicita a la convocante que el color no sea una limitante para la elección del producto. | <p>RESPUESTA.</p> <p>SE ACEPTA SU PROPUESTA SIEMPRE Y CUANDO NO SEA CONDICIONANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.</p> |

| Pregunta 10 | | | |
|-----------------------------------|--|---|--|
| Página donde encontraste tu duda: | Punto específico de tu duda: | Pregunta: | Respuesta: |
| Pag. 24/40 | Partida 11. BANCO DE ALTURA DE DOS PELDAÑOS. Referente al punto 3 "Recubrimiento ranurado antiderrapante." | Se le solicita a la convocante que acepte otro tipo de antiderrapante, esto para no limitar la libre participación. | <p>RESPUESTA.</p> <p>SE ACEPTA SU PROPUESTA SIEMPRE Y CUANDO EL TIPO DE ANTIDERRAPANTE SE APEGUE A LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS EN LAS INSTALACIONES HOSPITALARIAS Y ADEMAS NO SEA CONDICIONANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.</p> |

| Pregunta 11 | | | |
|-------------|-------|-----------|------------|
| Página | Punto | Pregunta: | Respuesta: |
| | | | |

ACTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 2024/332
“MOBILIARIO HOSPITALARIO”
“CON CONCURRENCIA DE COMITE”



Administración

| donde encontraste tu duda: | específico de tu duda: | | Respuesta |
|----------------------------|--|--|--|
| Pag. 24/40 | Partida 12. LÁMPARA DE CHICOTE. Referente al punto 8 “Con diámetro de iluminación variable en el rango de 4 a 25 cm a una distancia de 40 cm.” | Se le solicita a la convocante que acepte un diámetro de iluminación variable en el rango de 10 a 25 cm a una distancia de 40 cm. Esto para no limitar la libre participación. | RESPUESTA. SE ACEPTA SU PROPUESTA SIEMPRE Y CUANDO NO SEA CONDICIONANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES. |

FUNDAMENTO: La presente acta y los acontecimientos que en ella se contienen, tienen fundamento en el Capítulo V de las Bases del procedimiento de adquisición mencionado anteriormente; en los artículos 115, fracciones II y III, así como 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 79, 83 y demás concurrentes de la Constitución Política del Estado de Jalisco; al artículo 63 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; y al artículo 48 Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataciones para el Municipio de Guadalajara; e igualmente, en el artículo 214 fracción II del código de Gobierno Municipal de Guadalajara.

Acto continuo un ejemplar de la misma es inmediatamente puesta a la vista y a disposición de los licitantes a las afueras de la oficina de la Dirección General, en la pared del pasillo que conduce al área de compras, misma que permanecerá en dicho lugar por un plazo no menor a 05 cinco días hábiles, a partir de ésta fecha, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 48 numeral 7 del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataciones para el Municipio de Guadalajara.

CIERRE. No habiendo más temas que tratar, siendo esta la última junta de aclaraciones, se da por terminada. Siendo las 11:43 once horas con cuarenta y tres minutos del día 20 de mayo del 2024 dos mil veinticuatro, firmando los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo.




**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 2024/332
"MOBILIARIO HOSPITALARIO"
"CON CONCURRENCIA DE COMITE"**



**Administración
e Innovación**

Adquisiciones
Administración e Innovación

Por el Municipio de Guadalajara:

| Nombre y cargo | Firma |
|--|---|
| Daniel Alejandro Orozco Camarillo, en representación de la Contraloría Ciudadana. |  |
| Alejandra González De los Santos, en representación de José Eduardo Torres Quintanar, Director de Adquisiciones y Secretario Ejecutivo del Comité de Adquisiciones. |  |
| Juan Manuel de la Torre Hernández Dirección de Servicios Médicos Municipales, como dependencia solicitante. |  |

Proveedor:

| Nombre o razón social | Asistente | Firma: |
|--|--------------------------|---|
| Medeq Medical Equipment And Supplies S.A. de C.V. | Hector Gibran Díaz Muñoz |  |

