



MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO LPN 033/2023 "EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO" SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES

APERTURA. En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 12:00 doce horas del día 07 de diciembre de 2023 dos mil veintitrés, en las oficinas que ocupa la Dirección de Adquisiciones, en la finca marcada con el número 63 de la calle Nicolás Regules, esquina Mexicaltzingo, planta alta, Zona Centro de esta ciudad de Guadalajara, Jalisco, en cumplimiento a lo que establecen las bases de la Licitación LPN 033/2023, denominada "EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO" "se hace constar la presencia de las siguientes personas:

ASISTENTES. Erick Rodolfo Figueroa Meza, en representación de José Eduardo Torres Quintanar, Titular de la unidad centralizada de compras, Estefany Chavez Alvarado en representación de la Dirección de Servicios Medicos Municipales.

Se hace constar que hubo presencia del siguiente proveedores interesado.

SOLUCIONES BIOMEDICAS AMMED

LUABFE DE MEXICO

DESARROLLO. Acto seguido, de conformidad al Capítulo V de las Bases que rigen el procedimiento de adquisición que nos ocupa, al artículo 48 del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataciones para el Municipio de Guadalajara; y al artículo 63 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, a efecto de que en el presente ACTO sean aclarados algunos puntos que han surgido con relación al procedimiento de adquisición que nos ocupa, y que estos formarán parte del mismo, por lo que se ponen de manifiesto los mismos de la siguiente manera:

Se hace constar que hubo preguntas por parte de proveedores interesados.

ULANA CONSORCIO SAPI DE C.V.

Table with 2 columns: PREGUNTA 1. (ADMINISTRATIVA) and R.- NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBIENDO APEGARSE PARA TAL EFECTO A LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION.

Handwritten signatures and scribbles on the right side of the page.



Nicolás Regules... del Mercado... Barrio Nueva... Guadalajara, Jalisco, México. 33 3942 3700




MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO  
LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO LPN 033/2023  
"EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO"  
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES

<p>CUENTAN CON LAS DESCRIPCION DE LICENCIA SOLICITADA EN BASES (SIC).</p> <p>SE ACEPTA?</p>	
<p><b>PREGUNTA 2.</b> (DEFIBRILADORES)</p> <p>SOLICITAN DESCARGA BIFÁSICA DESDE 1 JOULE.</p> <p>SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE ESTA SEA A PARTIR DE 2 JOULES, YA QUE ESTO NO AFECTA EN LO ABSOLUTO EL PROPÓSITO DEL EQUIPO Y PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	<p>R.- SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIEMPRE Y CUANDO NO SEA CONDICIONANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.</p>
<p><b>PREGUNTA 3.</b> (DEFIBRILADORES)</p> <p>SOLICITAN PROGRAMACIÓN DE AUTODESCARGA A DIFERENTES INTERVALOS DE TIEMPO 30, 40 Y 50 S. ESTA CARACTERÍSTICA PERTENECE A UNA SOLA MARCA POR LO QUE SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE ESTA CARACTERÍSTICA SEA OPCIONAL PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	<p>R.- NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBIENDO APEGARSE PARA TAL EFECTO A LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION.</p>
<p><b>PREGUNTA 4.</b> (DEFIBRILADORES)</p> <p>SOLICITAN CON CAPACIDAD DE DEFIBRILACIÓN INTERNA (CIRUGÍA DE CORAZÓN ABIERTO) Y EXTERNA. DADO QUE ESTOS EQUIPOS NO SERÁN OCUPADOS EN EL QUIRÓFANO. SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE ESTA CARACTERÍSTICA SEA OPCIONAL.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	<p>R.- NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBIENDO APEGARSE PARA TAL EFECTO A LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION</p>
<p><b>PREGUNTA 5.</b> (DEFIBRILADORES)</p> <p>SOLICITAN CON IMPEDANCIA EN PANTALLA PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA ENTRE EL EQUIPO Y LA SUPERFICIE DE CONTACTO. ESTE VALOR LO CALCULA DE MANERA AUTOMÁTICA NUESTRO EQUIPO PARA PODER ENTREGAR DE MANERA COMPENSADA LA DESCARGA, YA QUE ESTE NO ES UN DATO QUE APORTE UN VALOR A LA VALORACIÓN CLÍNICA DEL PACIENTE, POR LO QUE</p>	<p>R.- SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIEMPRE Y CUANDO NO SEA CONDICIONANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.</p>

*[Handwritten signatures and scribbles on the right margin]*

Nicolás Revueltas  
del Mercado Médico  
Barrio Mexicaltzingo  
Guadalajara, Jalisco, México  
33 3942 3700

Gobierno de  
Guadalajara



MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO LPN 033/2023 "EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO" SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES

<p>SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA PODER REFERENCIAR ESTA CARACTERÍSTICA COMO UNA MEDIDA AUTOMÁTICA QUE REALIZA NUESTRO EQUIPO.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	
<p><b>PREGUNTA 6.</b> (DESFIBRILADORES)</p> <p>SOLICITAN PANTALLA DE 7 PULGADAS, YA QUE SOLICITAN ÚNICAMENTE 3 TRAZOS, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA Y PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SE NOS PERMITA OFERTAR UNA PANTALLA DE 5.7 PULGADAS YA QUE ESTO NO INFLUYE EN LA CLÍNICA DEL PACIENTE O EN EL USO DEL EQUIPO.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	<p>R.- NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBIENDO APEGARSE PARA TAL EFECTO A LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION</p>

<p><b>PREGUNTA 7.</b> (DESFIBRILADORES)</p> <p>SOLICITAN RESPIRACIÓN. DADO QUE SE TRATA DE UN EQUIPO DE URGENCIAS Y REANIMACIÓN, LA RESPIRACIÓN DEL PACIENTE ES UN PARÁMETRO SECUNDARIO YA QUE LO PRIMORDIAL ES LA REANIMACIÓN DEL PACIENTE Y NO LA MONITORIZACIÓN DE PARÁMETROS SECUNDARIOS, POR LO QUE SOLICITAMOS ESTA CARACTERÍSTICA SE OPCIONAL.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	<p>R.- NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBIENDO APEGARSE PARA TAL EFECTO A LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION</p>
<p><b>PREGUNTA 8.</b> (MONITOR)</p> <p>SOLICITAN PANTALLA DE 3.5 PULGADAS. SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA PODER OFERTAR UN MONITOR DE 8 PULGADAS PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	<p>R.- NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBIENDO APEGARSE PARA TAL EFECTO A LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION</p>
<p><b>PREGUNTA 9.</b> (MONITOR)</p> <p>SOLICITAN DIMENSIONES ESPECÍFICAS, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA Y PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON LAS DIMENSIONES PROPIAS DE CADA FABRICANTE SIEMPRE Y CUANDO SE SIGA CONSIDERANDO UN MONITOR DE TRANSPORTE.</p>	<p>R.- NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBIENDO APEGARSE PARA TAL EFECTO A LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION</p>

Nicolás Paolillo, 01 de agosto de 2023  
del Mercado Mexicali, Zinco  
Barrio Mexicali, Zinco, C.P. 44100  
Guadalajara, Jalisco, México  
33 3942 3700

Municipio de Guadalajara



MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO LPN 033/2023 "EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO" SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES

¿SE ACEPTA?

SOLUCIONES BIOMÉDICAS AMMED, S.A. DE C.V.

Table with 2 columns: Question (PREGUNTA) and Answer (R.-). Contains three rows of questions and answers regarding technical specifications and evaluation procedures.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature






MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO LPN 033/2023 "EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO" SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES

<p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS, ESTO CON LA INTENCIÓN DE DISMINUIR EL CONSUMO DE PAPEL DURANTE LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS.</p> <p>¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	
<p><b>PREGUNTA 4.</b></p> <p>ANEXO 1 NUMERAL 5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PUNTO 5.1 CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES SUBPUNTO 5.1.1. ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS DESFIBRILADORES DICE: CAPACIDAD DE AUTODESCARGA CUANDO NO SE UTILICE EN UN PLAZO MÁXIMO DE 60 SEGUNDOS</p> <p>PREGUNTA: DE ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN DE AUTODESCARGA A DIFERENTES TIEMPOS, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TIEMPOS DE 30, 60, 90 Y 120 SEGUNDOS, SIENDO MÁS AMPLIA LA OPCIÓN DE AUTODESCARGA PERMITIENDO AL ÁREA USUARIA UNA MAYOR OPCIÓN DE USO.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	<p>R.- SE ACEPTA LA PROPUESTA SIEMPRE Y CUANDO NO SEA CONDICIONAL PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.</p>
<p><b>PREGUNTA 5</b></p> <p>ANEXO 1 NUMERAL 5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PUNTO 5.1 CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES SUBPUNTO 5.1.2. ESPECIFICACIONES DE MONITORES PORTÁTIL.</p> <p>PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA UNA VARIACIÓN DE +/-10% EN LOS VALORES SOLICITADOS PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN ESTE PROCESO.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	<p>R.- NO SE ACEPTA, DIEBIENDO APEGAR A LO ESTIPULADO A LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION.</p>
<p><b>PREGUNTA 6.</b></p> <p>ANEXO 1 NUMERAL 5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PUNTO 5.1 CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES SUBPUNTO 5.1.2. ESPECIFICACIONES DE MONITORES PORTÁTIL.</p>	<p>R.- ES CORRECTA SU APRECIACION.</p>

Handwritten signature

Handwritten signature



Gobierno de Guadalajara

Handwritten signature



MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO LPN 033/2023 "EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO" SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES

<p>PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE SE DEBERÁN INCLUIR ACCESORIOS ADULTO-PEDIÁTRICO-NEONATAL DE ACUERDO CON LOS PARÁMETROS SOLICITADOS EN LA CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS SOLICITADAS.</p> <p>¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	
<p><b>PREGUNTA 7.</b></p> <p>ANEXO 1 NUMERAL 5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PUNTO 5.4. CARTAS, GARANTÍA, ENTREGA SUBPUNTO 5.4.4.</p> <p>DICE: EL LICITANTE DEBERÁ ENTREGAR UNA CARTA DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO QUE GARANTICE EL SERVICIO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS MÉDICOS DURANTE 2 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA E INSTALACIÓN, LOS CUALES SE PROGRAMARAN CON BASE EN LA PERIODICIDAD U HORAS DE USO.</p> <p>PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO SE DEBERÁ ENTREGAR CARTA DE <u>MANTENIMIENTO PREVENTIVO</u>, TODA VEZ QUE, A DIFERENCIA DE LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS, ESTOS SI ES POSIBLE PROGRAMARLOS CON BASE A PERIODICIDAD U HORAS DE USO.</p> <p>¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	<p>R.- ES CORRECTA SU APRECIACION, DEBIENDO EL LICITANTE ADJUDICADO, ENTREGAR LA CARTA DE QUE AMPARE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO A ADQUIRIR.</p>
<p><b>PREGUNTA 8</b></p> <p>ANEXO 1 NUMERAL 5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PUNTO 5.4. CARTAS, GARANTÍA, ENTREGA SUBPUNTO 5.4.5.</p> <p>DICE: EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR EN SU INFORMACIÓN TÉCNICA POR PARTIDA OFERTADA, ESCRITO EN ORIGINAL DEL FABRICANTE Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, EN PAPEL MEMBRETADO DEL FABRICANTE Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, EN EL QUE MANIFIESTE EL <b>APOYO SOLIDARIO</b> AL LICITANTE Y QUE RESPALDA LA OFERTA PRESENTADA, GARANTIZANDO EL ABASTO SUFICIENTE.</p>	<p>R.- ES CORRECTA SU APRECIACION.</p>

Handwritten signatures and marks on the right side of the page.




Nicolás... del Mercado Mexicano... Barrio Mexicano... Guadalajara, Jalisco, México. 33 3942 3700



MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO LPN 033/2023 "EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO" SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES

<p>PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE SI EL FABRICANTE Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO EMITE UNA SOLA CARTA DONDE SE MENCIONE EL APOYO SOLIDARIO A TODAS LAS PARTIDAS OFERTADAS ESTO NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN TODA VEZ QUE SE CUMPLE CON EL OBJETIVO DE DEMOSTRAR EL RESPALDO AL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPUESTA.</p> <p>¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	
<p><b>PREGUNTA 9.</b></p> <p>ANEXO 1 NUMERAL 5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PUNTO 5.4. CARTAS, GARANTÍA, ENTREGA SUBPUNTO 5.4.6</p> <p>DICE:</p> <p>EL LICITANTE DEBERÁ ENTREGAR HOJA DE REMISIÓN ESPECIFICANDO LO SIGUIENTE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• NÚMERO DE PARTIDA.</li> <li>• DESCRIPCIÓN DEL BIEN.</li> <li>• CANTIDAD ENTREGADA.</li> <li>• NÚMERO DE SERIE Y MODELO.</li> </ul> <p>PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE ESTE PUNTO DEBERÁ ENTREGARSE UNA VEZ QUE EL PARTICIPANTE SEA ADJUDICADO Y NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN NO PRESENTAR EN LA PROPUESTA "HOJA DE REMISIÓN".</p> <p>¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	<p>R.- ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, LA DOCUMENTACION RESPECTIVA SERA OBLIGATORIA UNA VEZ QUE LICITANTE SEA ADJUDICADO.</p>
<p><b>PREGUNTA 10.</b></p> <p>ANEXO 5 FORMATO DE VISITA DE CAMPO.</p> <p>PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE AL NO ESTAR PROGRAMADAS VISITA DE CAMPO PARA ESTE PROCEDIMIENTO NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN EL NO PRESENTAR ESTE ANEXO EN LA PROPUESTA PRESENTADA.</p> <p>¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	<p>R.- ES CORRECTA SU APRECIACION, PARA LA PRESENTE LICITACION NO APLICA LA VISITA A CAMPO.</p>
<p><b>PREGUNTA 11.</b></p>	<p>R.- ES CORRECTA SU</p>



Gobierno de Jalisco



MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO LPN 033/2023 "EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO" SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES

<p>ANEXO 7 LISTADO DE DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA.</p> <p>PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE PARA ESTE PROCEDIMIENTO NO SE REQUIERE CONSTANCIA DE VISITA DE CAMPO Y CONSTANCIA DE ENTREGA DE MUESTRAS SE PODRÁN OMITIR ESTOS RENGLONES EN LA REDACCIÓN DEL LISTADO DE ESTE ANEXO.</p> <p>¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	<p>APRECIACION, PARA LA PRESENTE LICITACION NO APLICA LA VISITA DE CAMPO NI ENTREGA DE MUESTRAS.</p>
--	--


GRADO MEDICO DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

<p><b>PREGUNTA UNICA.</b></p> <p>TIEMPO DE ENTREGA. DEBIDO A QUE EN DICIEMBRE Y ENERO SE ENCUENTRAN LAS ADUANAS SATURADAS ASI COMO LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA EL TIEMPO DE ENTREGA SEA DE 90 DÍAS NATURALES.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	<p>R.- NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBIENDOSE APEGAR A LO ESTIPULADE EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION.</p>
---	---

BEMET INGENIERIA Y EQUIPO MÉDICO.

<p><b>PREGUNTA 1.</b></p> <p>REFERENTE AL PUNTO 5.5.2. DE LAS BASES. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR LOS PUNTOS DE LA FICHA TÉCNICA EN VIDEOS, IMÁGENES Y/O CARTAS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL FABRICANTE EN CASO DE QUE EL EQUIPO SI CUMPLA, PERO NO EXISTA MANERA DE REFERENCIARLOS EN MANUALES DE USUARIO Y/O FOLLETOS COMERCIALES.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	<p>R.- NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBIENDOSE APEGAR A LO ESTIPULADO EN LA PRESENTE LICITACION.</p>
---	--

Nicolás Regules 03, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo, Barrio Mexicaltzingo, C.P. 44100 Guadalajara, Jalisco. México. 33 3942 3700







MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO LPN 033/2023 "EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO" SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES

Table with 2 columns: Question (PREGUNTA) and Answer (R.-). Contains PREGUNTA 2, PREGUNTA 3, and PREGUNTA 4 regarding technical specifications for a defibrillator and transport requirements.

Handwritten signatures and initials on the right side of the table.

CARLOS OCTAVIO LIMÓN LIMÓN


CON REFERENCIA AL PUNTO 5.3. Licencias, Permisos o Autorizaciones, PUNTO:

5.3.1. SE SOLICITA LICENCIA MUNICIPAL DE COMPRAVENTA DE INSUMOS PARA LA SALUD.

PREGUNTA 1: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS ACLARE SI ES OBLIGATORIO LA LICENCIA MUNICIPAL DE COMPRAVENTA DE INSUMOS PARA LA SALUD

R.- SI SI ES NECESARIA LA LICENCIAL MUNICIPAL

FUNDAMENTO: La presente acta y los acontecimientos que en ella se contienen, tienen fundamento en el Capítulo V de las Bases del procedimiento de adquisición mencionado



Nicolás Regules... del Mercado Mexicaltzingo, Barrio Mexicaltzingo, Cd. de Guadalupe, Jalisco, México. 33 3942 3700



MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO  
LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO LPN 033/2023  
"EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO"  
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES

anteriormente; en los artículos 115, fracciones II y III, así como 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 79, 83 y demás concurrentes de la Constitución Política del Estado de Jalisco; al artículo 63 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; y al artículo 48 Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataciones para el Municipio de Guadalajara; e igualmente, en el artículo 119 fracción III del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Guadalajara.

Un ejemplar de la misma es inmediatamente puesta a la vista y a disposición de los licitantes a las afueras de la oficina de la Dirección General, en la pared del pasillo que conduce al área de compras, misma que permanecerá en dicho lugar por un plazo no menor a 05 cinco días hábiles, a partir de ésta fecha, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 48 numeral 7 del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataciones para el Municipio de Guadalajara.

**CIERRE.** No habiendo más temas que tratar, se da por terminada la última Junta de Aclaraciones, siendo las 12:05 doce horas con cinco minutos del día 07 de diciembre del 2023 dos mil veintitrés, se cierra la presente acta, firmando los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo.


Por el Municipio de Guadalajara:

Nombre y cargo:	Firma:
<b>Gonzalo Gutiérrez Reyes</b> , en representación de José Eduardo Torres Quintanar, Titular de la unidad centralizada de compras.	
<b>Estefany Chavez Alvarado</b> en representación de la Dirección de Servicios Medicos Municipales.	

Proveedores

Nombre o razón social	Asistente	Firma
Soluciones Biomédicas AMMED S.A. de CV	Jorge A. Pulido Zamora	
LABOR DE MEXICO	LULIO GAUTIEROS	

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo, Barrio Mexicaltzingo, C.P. 44100 Guadalajara, Jalisco. México 33 3942 3700





Administración  
e Innovación

MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO  
LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO LPN 033/2023  
"EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO"  
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES

Adquisiciones  
Administración e Innovación

Nicolás Regules 63, Planta Alta  
del Mercado Mexicaltzingo,  
Barrio Mexicaltzingo, C.P. 44100  
Guadalajara, Jalisco, México.  
33 3942 3700



Gobierno de  
Guadalajara

