



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL/ 629/2023
"SUMINISTRO DE ACCESORIOS MEDICOS"**


Administración e Innovación

Adquisiciones
Administración e Innovación

APERTURA. En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 11:30 once horas con treinta minutos del día 24 de Octubre del 2023 dos mil veintitrés, en las oficinas que ocupa la Dirección de Adquisiciones, en la finca marcada con el número 63 de la calle Nicolás Regules, esquina Mexicaltzingo, planta alta, Zona Centro de esta ciudad de Guadalajara, Jalisco, en cumplimiento a lo que establecen las bases de la Licitación **LPL 629/2023**, denominada de **"SUMINISTRO DE ACCESORIOS MEDICOS"** y Se hace constar la presencia de las siguientes personas:

ASISTENTES. **Gonzalo Gutiérrez Reyes**, Jefe de Compras., en representación del José Eduardo Torres Quintana, Director de Adquisiciones y Secretario Ejecutivo del Comité de Adquisiciones, **Estefany Chávez Alvarado.**, en representación de la **Dirección de Servicios Médicos Municipales.**

DESARROLLO. Acto seguido, de conformidad al Capítulo V de las Bases que rigen el procedimiento de adquisición que nos ocupa, al artículo 48 del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataciones para el Municipio de Guadalajara; y al artículo 63 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, a efecto de que en el presente **ACTO** sean aclarados algunos puntos que han surgido con relación al procedimiento de adquisición que nos ocupa, y que estos formarán parte del mismo, por lo que se ponen de manifiesto los mismos de la siguiente manera:



----- PREGUNTAS Y RESPUESTAS -----

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: BIOMEDICO SLANEY S.A. DE C.V.
NOMBRE DEL PARTICIPANTE O REPRESENTANTE LEGAL DEL MISMO: IVAN ALEXIS CARPINTEIRO DEL CASTILLO



<p>PREGUNTA 1 ¿ANEXO 1 TÉCNICO 5 Especificaciones técnicas entendemos que podremos ofertar características técnicas superiores a lo solicitado siempre y cuando se cumplan las características mínimas solicitadas, lo cual genera un beneficio a la convocante sin que sea motivo de descalificación? ¿Es correcta nuestra apreciación?</p>	<p>R- Se acepta siempre y cuando cumpla con los mínimos requisitos y no es condicional a los demás participantes.</p>
<p>PREGUNTA 2 ¿ANEXO 1 TÉCNICO NUMERO DE CONCEPTO 1 PRODUCTO Tijera de uso rudo se solicita a la convocante nos permita ofertar TIJERAS DE USO RUDO, CALIDAD PROFESIONAL DE 18 CM, ACERO INOXIDABLE, CON MANGO DE PLASTICO, DISEÑO ANATOMICO, DE VARIOS COLORES, esto con el fin de garantizar una calidad para la convocante ¿se acepta?</p>	<p>R- Se acepta siempre y cuando cumpla con los mínimos requisitos y no es condicional a los demás participantes.</p>
<p>PREGUNTA 3 ¿ANEXO 1 TÉCNICO NUMERO DE CONCEPTO 2 PRODUCTO Lámpara pupilera se solicita a la convocante nos permita ofertar LAMPARA DE DIAGNOSTICO METALICA, PARA UN DIAGNOSTICO DE GARGANTA, NARIZ Y</p>	<p>R- Se acepta siempre y cuando cumpla con los mínimos requisitos y no es condicional a los demás participantes.</p>

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL/ 629/2023**



Administración e Innovación

“SUMINISTRO DE ACCESORIOS MEDICOS”

Adquisiciones
Administración e Innovación

<p>OIDOS, CON PINZA METALICA PARA FIJAR EN LA BATA, DE VARIOS COLORES, esto con el fin de garantizar una calidad para la convocante ¿se acepta?</p>	
--	--

<p>PREGUNTA 4 ¿ANEXO 1 TÉCNICO NUMERO DE CONCEPTO 3 PRODUCTO Kit de baumanómetro manual con estetoscopio se solicita a la convocante aclarar ya que en la descripción solicitan un baumanómetro manual, pero en 5. Especificaciones técnicas están solicitando un Kit de Baumanómetro, Pantalla digital. Rango de Medición: Presión: 40 a 260 mm/Hg. Exactitud de Medición: Presión: ± 3 mmHg. Memoria: 2 usuarios con 90 conjuntos de memoria cada uno. Presurización automática. Fuente de poder: 2 baterías alcalinas AAA. Peso de la unidad: Aproximadamente 123 g (sin baterías). Se solicita aclarar a la convocante si el baumanómetro es manual o digital para poder licitar conforme a la convocante lo requiera.</p>	<p>R- Se requiere un Baumanometro manual y <u>NO</u> un Baumanometro digital.</p>
---	--



<p>PREGUNTA 5 ¿ANEXO 1 TÉCNICO NUMERO DE CONCEPTO 3 PRODUCTO Kit de baumanómetro manual con estetoscopio se solicita a la convocante aclarar ya que en la descripción solicitan un baumanómetro manual, pero en 5. Especificaciones técnicas están solicitando un Kit de Baumanómetro, Pantalla digital. Rango de Medición: Presión: 40 a 260 mm/Hg. Exactitud de Medición: Presión: ± 3 mmHg. Memoria: 2 usuarios con 90 conjuntos de memoria cada uno. Presurización automática. Fuente de poder: 2 baterías alcalinas AAA. Peso de la unidad: Aproximadamente 123 g (sin baterías). En caso de ser un baumanómetro manual se solicita a la convocante nos permita ofertar un kit de baumanómetro aneroide con estetoscopio simple, estetoscopio con campana de alta frecuencia, con olivas blanda, con un manometro con manguera y perilla en latex, brazal de nylon reforzado, con valvula junto con un estuche para el almacenamiento de varios colores ¿se acepta?</p>	<p>R- Es Baumanometro manual aneroide con estetoscopio simple, se acepta la propuesta.</p>
---	---

<p>PREGUNTA 6 ¿ANEXO 1 TÉCNICO NUMERO DE CONCEPTO 3 PRODUCTO Kit</p>	<p>R-<u>NO</u> se acepta, se requiere baumanometro manual.</p>
---	---



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL/ 629/2023
"SUMINISTRO DE ACCESORIOS MEDICOS"**



Administración e Innovación

Adquisiciones
Administración e Innovación



de baumanómetro manual con estetoscopio se solicita a la convocante aclarar ya que en la descripción solicitan un baumanómetro manual, pero en 5. Especificaciones técnicas están solicitando un Kit de Baumanómetro, Pantalla digital. Rango de Medición: Presión: 40 a 260 mm/Hg. Exactitud de Medición: Presión: ± 3 mmHg. Memoria: 2 usuarios con 90 conjuntos de memoria cada uno. Presurización automática. Fuente de poder: 2 baterías alcalinas AAA. Peso de la unidad: Aproximadamente 123 g (sin baterías). En caso de ser un baumanómetro digital se solicita a la convocante corregir la descripción del producto a Kit de baumanómetro digital con estetoscopio con el fin de poder licitar conforme a las necesidades de la convocante ¿se acepta?

PREGUNTA 7 ¿ANEXO 1 TÉCNICO NUMERO DE CONCEPTO 4 PRODUCTO
Lente de seguridad se solicita a la convocante nos permita ofertar lentes de seguridad diseño ergonómico, con patillas ajustables, de policarbonato con bloqueo de rayos UV, y protección lateral contra impactos con normas en 166/ EN170/ ANSIZ87 esto con el fin de garantizar una calidad para la convocante ¿se acepta?

R- Se acepta siempre y cuando cumpla con los mínimos requisitos y no es condicional a los demás participantes.

PREGUNTA 8 ¿ANEXO 1 TÉCNICO NUMERO DE CONCEPTO 5 PRODUCTO
Oxímetro de pulso digital 5. Especificaciones técnicas están solicitando Oxímetro accurate Pulso Rango de Medición: Resolución: Exactitud: 30 - 235bpm 1bpm 30 - 99: ± 2 bpm 100 - 235: $\pm 2\%$ D. Modo de Visualización: Tipo: Parámetros: Modo: Luminosidad: Pantalla LED de color dual SpO2, PR, Pulse bar, 6 modos de display Ajustable a 10 niveles E. Alarma: Indicador Batería baja. Se solicita a la convocante nos permita ofertar otra marca con las mismas especificaciones o mejores esto con el fin de no limitar a un solo proveedor o marca y poder tener una participación justa a todos los proveedores en dicho evento ¿se acepta?

R-Se acepta siempre y cuando cumpla con los mínimos requisitos y no es condicional a los demás participantes.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL/ 629/2023

Administración de Innovación
"SUMINISTRO DE ACCESORIOS MEDICOS"



PREGUNTA 9 ¿ANEXO 1 TÉCNICO NUMERO DE CONCEPTO 5 PRODUCTO Oxímetro de pulso digital 5. Especificaciones técnicas están solicitando Oxímetro accurate Pulso Rango de Medición: Resolución: Exactitud: 30 - 235bpm 1bpm 30 - 99: ± 2bpm 100 - 235: ± 2% D. Modo de Visualización: Tipo: Parámetros: Modo: Luminosidad: Pantalla LED de color dual SpO2, PR, Pulse bar, 6 modos de display Ajustable a 10 niveles E. Alarma: Indicador Batería baja. Se solicita a la convocante nos permita ofertar otra marca con las mismas especificaciones esto con el fin de no limitar a los proveedores y su participación en dicho evento ¿se acepta?

R- Se acepta siempre y cuando cumpla con los mínimos requisitos y no es condicional a los demás participantes.

PREGUNTA 10 ¿ANEXO 1 TÉCNICO. NUMERO DE CONCEPTO 5 PRODUCTO Oxímetro de pulso digital se solicita a la convocante nos permita ofertar un oxímetro que muestre índice de perfusión, con 4 tipos de orientación de display, 7 modos de display, con cajo consumo de energía y que indique batería baja, con brillo ajustable, señal de insuficiencia, apagado automático, spO2 rango de medida 70-100% y resolución 1%, frecuencia de pulso rango de medida 320-250 BPM resolución 1 BPM, índice de perfusión rango de medición 0.2-20.0% resolución 0.1%, requerimientos ambientales temperatura de operación 5-40°C esto con el fin de garantizar una calidad para la convocante ¿se acepta?

R- Se acepta siempre y cuando cumpla con los mínimos requisitos y no es condicional a los demás participantes.

FUNDAMENTO: La presente acta y los acontecimientos que en ella se contienen, tienen fundamento en el Capítulo V de las Bases del procedimiento de adquisición mencionado anteriormente; en los artículos 115, fracciones II y III, así como 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 79, 83 y demás concurrentes de la Constitución Política del Estado de Jalisco; al artículo 63 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; y al artículo 48 Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataciones para el Municipio de Guadalajara; e igualmente, en el artículo 119 fracción III del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Guadalajara Acto continuo un ejemplar de la misma es inmediatamente puesta a la vista y a disposición de los licitantes a las afueras de la oficina de la Dirección General, en la pared del pasillo que conduce al área de compras, misma que permanecerá en dicho lugar por un plazo no menor a 05 cinco días hábiles, a partir de ésta fecha, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 48 numeral 7 del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataciones para el Municipio de Guadalajara.



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL/ 629/2023
"SUMINISTRO DE ACCESORIOS MEDICOS"**




**Administración
e Innovación**

Adquisiciones
Administración e Innovación

CIERRE. No habiendo más temas que tratar, siendo esta la última junta de aclaraciones, se da por terminada. Siendo las 11:20 Once horas con veinte minutos del día 24 de octubre del 2023 dos veintitrés, firmando los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo.

Por el Municipio de Guadalajara:

Nombre y cargo:	Firma:
Gonzalo Gutiérrez Reyes , Jefe de Compras, en representación del José Eduardo Torres Quintana, Director de Adquisiciones y Secretario Ejecutivo del Comité de Adquisiciones	
Estefany Chávez Alvarado. , en representación de la Dirección de Servicios Médicos Municipales.	